

附件：

广州华侨医院主动脉内球囊反搏泵采购项目（项目编号：GZHQ-2025HW-02）

具体更正内容

- 1、原采购文件“第二部分 采购需求/二、技术要求/（一）具体技术(参数)要求”
▲12. 要求提供配套主动脉内球囊反搏泵导管及附件的供货价。报价为医院终端供货价，且不得高于广东省和广州市集采平台的挂网价。
现修改为
★12. 要求提供配套主动脉内球囊反搏泵导管及附件的供货价。报价为医院终端供货价，且不得高于广东省和广州市集采平台的挂网价。

- 2、原采购文件“第二部分 采购需求/二、技术要求/（一）具体技术(参数)要求”

13. 配置清单

序号	名称	数量
1	主机	1 台
2	触摸屏	≥1 套
3	显示屏连接线	≥1 条
4	心电导联连线	≥1 条
5	动脉压力缆线	≥1 条
6	信号传输线	1 条
7	氦气罐	≥1 瓶
8	打印纸	≥1 盒
9	内置热敏打印机	1 台
10	内置蓄电池	1 套
11	静脉输液架	≥1 个
12	附件背包	1 个

现修改为

▲13. 配置清单

序号	名称	数量
1	主机	1 台

2	触摸屏	≥1 套
3	显示屏连接线	≥1 条
4	心电导联连线	≥1 条
5	动脉压力缆线	≥1 条
6	信号传输线	1 条
7	氦气罐	≥1 瓶
8	打印纸	≥1 盒
9	内置热敏打印机	1 台
10	内置蓄电池	1 套
11	静脉输液架	≥1 个
12	附件背包	1 个

3、第四部分 评标方法和标准/三、评标步骤/（三）综合比较和评价/2、评标标准

2.1 本次评审共分为技术评审、商务评审、价格评审三部分。三部分总分为 100 分，其中各部分权重如下：

评分项目	技术	商务	价格
分值	60 分	10 分	30 分
权重	60%	10%	30%

2.2 在汇总每个投标人的技术、商务定量评价分数时，将所有评委评分合计并计算出算术平均值，即为该投标人的技术、商务得分。

2.3 商务评价表（10 分）

序号	评审项目	评分依据	分值
1	同类项目业绩	每提供一份自 2022 年 1 月 1 日以来(以合同签订落款时间为准)以来的同类产品业绩得 1 分，最高得 5 分。不提供不得分。 注:须提供合同关键页(含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目内容与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页)复印件，并加盖投标人公章，否则不得分。	5
2	售后服务方案	根据投标人售后服务方案（方案应包括但不限于以下内容：①售后服务承诺；②售后服务人员资质；③厂家技术支持；④技术	5

	升级服务；⑤提供备品备件服务；⑥设备易损配件的最优惠供应单价；⑦保修期满后的后续维修服务等内容）进行综合评价： （1）售后服务方案包含上述所有内容且具体详细、合理可行，能为采购人提供全面保障的，得 5 分； （2）售后服务方案包含上述所有内容，较详细，合理性、可行性较好，能为采购人提供一定保障，得 3 分； （3）售后服务方案中内容有小部分缺漏，合理性、可行性一般，保障性一般的，得 1 分； （4）售后服务方案过于简单，内容有大量缺漏，无法为采购人提供保障，得 0 分。	
合 计		10

2.4 技术评价表（60 分）

序号	评审项目	评分依据	分值
1	带“▲”重要技术参数响应程度	根据投标人所投产品对采购需求“具体技术(参数)要求”中带“▲”的重要技术参数（共 10 条）的响应程度进行评审：完全满足得 30 分； 每有一项带“▲”条款负偏离或不响应，扣 3 分，扣完即止。 注：1. 所有投标人应提供投标产品技术证明文件如投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书或技术白皮书或厂家公开发布的印刷资料或第三方机构出具的检验报告等作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版），投标文件内提供的证明材料中的技术参数描述与投标人在《技术条款响应表》中的响应描述不一致时，以投标文件内提供的证明材料中的技术参数描述为准，未按要求提供证明材料或未响应或不同参数提供的技术支持资料相互矛盾的，评标委员会有权视为负偏离。2. 如采购需求中有明确要求提供证明材料的，则以采购需求要求的为准。	30
2	不带“▲”一般技术参数响应程度	根据投标人所投产品对采购需求“具体技术(参数)要求”中不带“▲”的一般技术参数（25 条）的响应程度进行评审：全部满足或优于，得 15 分；负偏离总数≤15 项的，每出现一项负偏离，扣 1 分；负偏离总数>15 项的得 0 分。 注：1. 所有投标人应提供投标产品技术证明文件如投标产品	15

		彩页或相应技术参数的厂家使用说明书或技术白皮书或厂家公开发布的印刷资料或第三方机构出具的检验报告等作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版），投标文件内提供的证明材料中的技术参数描述与投标人在《技术条款响应表》中的响应描述不一致时，以投标文件内提供的证明材料中的技术参数描述为准，未按要求提供证明材料或未响应或不同参数提供的技术支持资料相互矛盾的，评标委员会有权视为负偏离。2. 如采购需求中有明确要求提供证明材料的，则以采购需求要求的为准；3. 以最细一级条款作为单项条款，含有下一级条款且本身仅作为标题的不计入条款数量。4. 配置清单仅计为 1 项技术参数。	
3	供货方案及安装调试方案、质量保证方案、应急响应方案	根据投标人的供货方案(应包含供货时间安排、供货方式等)及安装调试方案(应包含具体的安装调试计划、安装步骤、安装调试人员安排等)、质量保证能力方案(包括但不限于质量保证期、质量保证期内响应时间、响应措施等)、应急响应方案(包括但不限于设备使用过程中发生故障时紧急抢修、应急人员组织架构、人员职责、联系方式、各种紧急情况的详细处理流程及紧急情况的预防措施)进行评审： （1）投标人根据项目要求对供货方案、安装调试方案有明确的计划和步骤安排，同时针对本项目所提供的保障措施详细、合理可行，且供货渠道稳定;质量保证方案详细具体，可行性强，完全满足招标文件要求;应急响应方案针对性强、科学合理、服务完善及时，得 10 分； （2）投标人根据项目要求对供货方案、安装调试方案有较明确的计划和步骤安排，同时针对本项目所提供的保障措施完整且较详细，供货渠道稳定;质量保证方案较详细具体，可行性较强，满足招标文件要求；应急响应方案针对性较强、较为科学合理、服务较为完善及时，得 7 分； （3）投标人根据项目要求对供货方案、安装调试方案有基本明确的计划和步骤安排，同时针对本项目所提供的保障措施完整但不详细，供货渠道稳定;质量保证方案较简单，可行性较一般，基本满足招标文件要求;应急响应方案针对性较一般、合理性一般，得 4 分；	10

		(4) 投标人根据项目要求对供货方案、安装调试方案含糊，同时针对本项目所提供的保障措施简略，供货渠道不稳定;质量保证方案简单，可行性差，低于招标文件要求;应急响应方案针对性差、合理性差的，得 1 分； (5) 没有提供方案或其他情况的，得 0 分。	
4	培训方案	结合采购需求中相关要求，根据投标人针对本项目的培训方案内容（包括但不限于培训目标、培训对象、培训方法、培训内容，培训次数、培训时间安排）进行评审： (1) 项目培训方案详细，能够使采购人工作人员熟练掌握日常使用操作保养与管理、常见故障的排除等内容，切合采购人实际、完全满足且优于采购需求，得 5 分； (2) 项目培训方案内容有少量缺漏，能够使采购人工作人员掌握日常使用操作保养与管理、常见故障的排除等内容的，符合采购人实际、完全满足采购需求，得 3 分； (3) 项目培训方案内容存在错误或不足，仅能使采购人工作人员掌握基本使用操作保养与管理、一般故障的排除等内容的，部分满足采购需求的，得 1 分； (4) 不提供培训方案或其他不得分。	5
合 计			60

现修改为

2.1 本次评审共分为技术评审、商务评审、价格评审三部分。三部分总分为 100 分，其中各部分权重如下：

评分项目	技术	商务	价格
分值	53 分	17 分	30 分
权重	53%	17%	30%

2.2 在汇总每个投标人的技术、商务定量评价分数时，将所有评委评分合计并计算出算术平均值，即为该投标人的技术、商务得分。

2.3 商务评价表（17 分）

序号	评审项目	评分依据	分值
1	产品业绩	自 2022 年 1 月 1 日(以合同签订落款时间为准)以来，该投标	10

		产品每具有一项销售业绩得 1 分，最高得 10 分。不提供不得分。 注:须提供销售合同关键页(含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目内容与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页)复印件和验收报告，并加盖投标人公章，否则不得分。	
2	售后服务方案	根据投标人售后服务方案（方案应包括但不限于以下内容：①售后服务承诺；②售后服务人员资质；③厂家技术支持；④技术升级服务；⑤提供备品备件服务；⑥设备易损配件的最优惠供应单价；⑦保修期满后的后续维修服务等内容）进行综合评价： （1）售后服务方案包含上述所有内容且具体详细、合理可行，能为采购人提供全面保障的，得 7 分； （2）售后服务方案包含上述所有内容，较详细，合理性、可行性较好，能为采购人提供一定保障，得 3 分； （3）售后服务方案中内容有小部分缺漏，合理性、可行性一般，保障性一般的，得 1 分； （4）售后服务方案过于简单，内容有大量缺漏，无法为采购人提供保障，得 0 分。	7
合 计			17

2.4 技术评价表（53 分）

序号	评审项目	评分依据	分值
1	带“▲”重要技术参数响应程度	根据投标人所投产品对采购需求“具体技术(参数)要求”中带“▲”的重要技术参数（共 10 条）的响应程度进行评审：完全满足得 25 分； 每有一项带“▲”条款负偏离或不响应，扣 2.5 分，扣完即止。 注：1. 所有投标人应提供投标产品技术证明文件如投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书或技术白皮书或厂家公开发布的印刷资料或第三方机构出具的检验报告等作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版），投标文件内提供的证明材料中的技术参数描述与投标人在《技术条款响应表》中的响应描述不一致时，以投标文件内提供的证明材料中的技术参数描述为准，未按要求	25

		提供证明材料或未响应或不同参数提供的技术支持资料相互矛盾的，评标委员会有权视为负偏离。2. 如采购需求中有明确要求提供证明材料的，则以采购需求要求的为准。3. 配置清单仅计为 1 项技术参数。	
2	不带“▲”一般技术参数响应程度	根据投标人所投产品对采购需求“具体技术(参数)要求”中不带“▲”的一般技术参数（24 条）的响应程度进行评审：全部满足或优于，得 10 分；负偏离总数≤10 项的，每出现一项负偏离，扣 1 分；负偏离总数>10 项的得 0 分。 注：1. 所有投标人应提供投标产品技术证明文件如投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书或技术白皮书或厂家公开发布的印刷资料或第三方机构出具的检验报告等作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版），投标文件内提供的证明材料中的技术参数描述与投标人在《技术条款响应表》中的响应描述不一致时，以投标文件内提供的证明材料中的技术参数描述为准，未按要求提供证明材料或未响应或不同参数提供的技术支持资料相互矛盾的，评标委员会有权视为负偏离。2. 如采购需求中有明确要求提供证明材料的，则以采购需求要求的为准；3. 以最细一级条款作为单项条款，含有下一级条款且本身仅作为标题的不计入条款数量。	10
3	供货方案及安装调试方案、质量保证方案、应急响应方案	根据投标人的供货方案(应包含供货时间安排、供货方式等)及安装调试方案(应包含具体的安装调试计划、安装步骤、安装调试人员安排等)、质量保证能力方案(包括但不限于质量保证期、质量保证期内响应时间、响应措施等)、应急响应方案(包括但不限于设备使用过程中发生故障时紧急抢修、应急人员组织架构、人员职责、联系方式、各种紧急情况的具体处理流程及紧急情况的预防措施)进行评审： （1）投标人根据项目要求对供货方案、安装调试方案有明确的计划和步骤安排，同时针对本项目所提供的保障措施详细、合理可行，且供货渠道稳定；质量保证方案详细具体，可行性强，完全满足招标文件要求；应急响应方案针对性强、科学合理、服务完善及时，得 12 分； （2）投标人根据项目要求对供货方案、安装调试方案有较明	12

		确的计划和步骤安排，同时针对本项目所提供的保障措施完整且较详细，供货渠道稳定;质量保证方案较详细具体，可行性较强，满足招标文件要求；应急响应方案针对性较强、较为科学合理、服务较为完善及时，得 8 分； （3）投标人根据项目要求对供货方案、安装调试方案有基本明确的计划和步骤安排，同时针对本项目所提供的保障措施完整但不详细，供货渠道稳定;质量保证方案较简单，可行性较一般,基本满足招标文件要求;应急响应方案针对性较一般、合理性一般，得 4 分； （4）投标人根据项目要求对供货方案、安装调试方案含糊，同时针对本项目所提供的保障措施简略，供货渠道不稳定;质量保证方案简单，可行性差，低于招标文件要求;应急响应方案针对性差、合理性差的，得 1 分； （5）没有提供方案或其他情况的，得 0 分。	
4	培训方案	结合采购需求中相关要求，根据投标人针对本项目的培训方案内容（包括但不限于培训目标、培训对象、培训方法、培训内容，培训次数、培训时间安排）进行评审： （1）项目培训方案详细，能够使采购人工作人员熟练掌握日常使用操作保养与管理、常见故障的排除等内容，切合采购人实际、完全满足且优于采购需求，得 6 分； （2）项目培训方案内容有少量缺漏，能够使采购人工作人员掌握日常使用操作保养与管理、常见故障的排除等内容的，符合采购人实际、完全满足采购需求，得 3 分； （3）项目培训方案内容存在错误或不足，仅能使采购人工作人员掌握基本使用操作保养与管理、一般故障的排除等内容的，部分满足采购需求的，得 1 分； （4）不提供培训方案或其他不得分。	6
合 计			53